healthmark

HOJA DE REGISTRO PRUEBA DE LA LAVADORA ULTRASONICA

NOMBRE DEL EQUIPO:

MODELO:

FECHA	INICIALES DEL OPERADOR	RESULTADO SONOCHECK LADO IZQUIERDO	RESULTADO SONOCHECK CENTRO	RESULTADO SONOCHECK LADO DERECHO	RESULTADO TOSI	RESULTADO LUMCHECK	DESGASIFICACIÓN DEL TANQUE	TEMPERATURA DEL BAÑO	CICLO PROGRAMADO EVALUADO	ACCIONES

La prueba de la lavadora se realiza diariamente o cada día en que la lavadora se utiliza

SonoCheck Pasa = P

(El vial cambia de azul/verde a amarillo)

SonoCheck No Pasa = F

(El vial mantiene el color azul/verde)

El tamaño del tanque determina el número de SonoChecks utilizados para la prueba

PEQUEÑO: HASTA 5 LITROS MEDIO: 5 -20 LITROS GRANDE: MÁS DE 20 LITROS

TANQUE PEQUEÑO



TANQUE MEDIO:

TANQUE GRANDE: